

马尔堡病毒GP基因假病毒RNA标准品证书

本标准品由河南省工业微生物菌种工程技术研究中心研制，适用于马尔堡病毒GP基因的定性与定量研究分析、测量方法验证评价以及实验室质量控制。

一、产品信息

产品名称	马尔堡病毒GP基因假病毒RNA标准品				
编 号	BNCC390785	批次	250930	规格	$(7.0 \pm 1.4) \times 10^7$ copies/mL

二、产品特性

描 述	冷冻状态，每管100 μ L，共计1管				
溯 源 性	马尔堡病毒（GenBank: X68493.1，基因坐标：122-2176）				
定值方法	经过数字PCR绝对定值及荧光定量PCR相对定值				
存 储	-80 $^{\circ}$ C	有 效 期	18个月	运 输	干冰运输

*注：如对质控品有任何疑问，请于使用前与本中心（BNCC）联系，取得帮助

三、质量检测

项 目	标 准	结 果
参 考 值	$(7.0 \pm 1.4) \times 10^7$ copies/mL	7.5×10^7 copies/mL
荧光定量	(25.2 $\pm$ 0.5)ct	25.2ct

四、使用说明

本标准品使用时，移至室温待完全融解后，振荡混匀，瞬时离心后使用，尽量避免反复冻融。

五、注意事项

- 1.收货后，请务必妥善保管，如出现破损等情况，请于收到后24小时内与本中心联系。
- 2.使用时请在无菌环境下，生物安全柜中操作，尽量避免反复冻融。
- 3.本标准品使用时应注意生物安全防护。应按有潜在生物传染性样本对待，操作和处理均需符合相关法规要求：卫生部《病原微生物实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。

